



KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany

www.kern-sohn.com
+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

EU-Konformitätserklärung | Conformiteitsverklaring EU | Déclaration de conformité UE

DE Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Richtlinien übereinstimmt. Das Produkt erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union. Für die Waage liegt eine Bauartzulassung vor. Das Jahr der EU-Konformitätsbewertung ist neben der CE Konformitätskennzeichnung aufgeführt. Solche Waagen sind ab Werk EU-konformitätsbewertet und tragen die Kennzeichnung „M“ auf dem Gerät selbst und auf der Verpackung. Die angegebene Gravitationszone legt den Verwendungsort fest. Ein Wechsel des Gebrauchsortes über die Grenzen des angegebenen Verwendungsbereiches hinaus macht eine erneute Eichung erforderlich.

NL Wij verklaren hiermee met de volledige verantwoordelijkheid dat het product waarop deze verklaring betrekking heeft, aan de eisen van de voornoemde richtlijnen voldoet. Het hieronder beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie. De weegschaal heeft de typegoedkeuring. Het jaar van de EU-conformiteitsbeoordeling wordt naast de CE-markering vermeld. De EG conformiteitsbeoordeling wordt in de fabriek uitgevoerd en de "M"-markering staat op het apparaat zelf en op de verpakking. De opgegeven zwaartekrachtzone definieert de plaats van gebruik.

FR Nous déclarons par la présente sous notre entière responsabilité que le produit concerné par cette déclaration respecte les exigences des directives mentionnées ci-après. L'objet de la déclaration décrit ci-dessous est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable. Un certificat d'homologation existe pour la balance. L'année d'exécution de la procédure d'évaluation de la conformité CE est notée à côté du marquage CE. L'évaluation de la conformité CE de ces balances est effectuée à l'usine et le marquage « M » est apposé sur l'appareil même et sur son emballage. La zone gravitationnelle indiquée détermine le lieu d'utilisation.

Modell | EUDoC-TitleTradeName
| Modèle

Typ | Type | Type

Seriennr. | Serienr. | N° de série

BID 1T-4EM	BID 1T-4EM	XXXXXXXXXX
BID 1T-4LM	BID 1T-4LM	
BID 1T-4M	BID 1T-4M	
BID 1T-4SM	BID 1T-4SM	
BID 3T-3LM	BID 3T-3LM	
BID 3T-3M	BID 3T-3M	
BID 600K-1M	BID 600K-1M	
BID 600K-1SM	BID 600K-1SM	
IOC 100K-2LM	IOC 100K-2LM	
IOC 100K-2M	IOC 100K-2M	
IOC 10K-3LM	IOC 10K-3LM	
IOC 10K-3M	IOC 10K-3M	
IOC 300K-2M	IOC 300K-2M	
IOC 30K-3M	IOC 30K-3M	
IOC 600K-1M	IOC 600K-1M	
IOC 60K-2LM	IOC 60K-2LM	
IOC 60K-2M	IOC 60K-2M	
IOC 6K-3M	IOC 6K-3M	
KIB-TM	KIB-TM	
BID 1T-4DM	TBID 1T-4DM-A	
BID 1T-4DSM	TBID 1T-4DSM-A	
BID 3T-3DLM	TBID 3T-3DLM-A	
BID 3T-3DM	TBID 3T-3DM-A	
BID 600K-1DM	TBID 600K-1DM-A	
BID 600K-1DSM	TBID 600K-1DSM-A	
UID 1500K-1DM	TUID 1500K-1DM-A	
UID 1500K-1M	TUID 1500K-1M-A	
UID 3000K-0DM	TUID 3000K-0DM-A	
UID 3000K-0M	TUID 3000K-0M-A	

**UID 600K-1DM
UID 600K-1M**

**TUID 600K-1DM-A
TUID 600K-1M-A**

CE Kennzeichnung CE markering Marquage CE	EU-Richtlinie Richtlijn EU Directive UE	Normen Normen Normes	Bauartzulassungen Typegoedkeuring Approbation de modèle
CE	2011/65/EU (RoHS)	EN 50581:2012	
CE	2014/30/EU (EMC)	EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007+A1:2011 EN 61326-1:2013	
CE M21 0122 ¹⁾	2014/31/EU (NAWI)	EN 45501:2015	0200-NAWI-03039
CE	2014/35/EU (LVD)	EN 62368-1:2014+A11:2017	

¹⁾ Diese CE Kennzeichnung kennzeichnet Konformitätsbewertung durch KERN; Eignung für Anwendungsbereiche nach 2014/31/EU, Kapitel 1. Artikel 1 Pkt. 2 (a bis f). Diese Waagen tragen das Metrologiekennzeichen „M“ gefolgt von der Jahreszahl der EU-Konformitätsbewertung auf dem Gerät. Für die Waage liegt eine EU-Baumusterprüfbescheinigung nach 2014/31/EU vor. Die angegebene Gravitationszone legt den Verwendungsort fest. Ein Wechsel des Gebrauchsortes über die Grenzen des angegebenen Verwendungsbereiches hinaus macht eine erneute Prüfung erforderlich. Die benannte Stelle NMI Certin BV (0122) führt Audits für Modul D gemäß Richtlinie 2014/31/EU durch und stellte das Zertifikat CE-240 für KERN aus.

¹⁾ Deze CE-markering geeft de conformiteitsbeoordeling door KERN aan; geschiktheid voor toepassingsgebieden volgens 2014/31/EU, hoofdstuk 1, artikel 1, punt 2, onder a) tot en met f). Deze schalen zijn voorzien van het metrologische merkteken "M", gevolgd door het jaar van de EU-conformiteitsbeoordeling op het instrument. Voor het saldo is een EU-typeonderzoekscertificaat volgens 2014/31/EU beschikbaar. De opgegeven zwaartekrachtzone bepaalt de plaats van gebruik. Voor een verandering van de plaats van gebruik buiten de grenzen van het gespecificeerde gebruiksgebied is een nieuwe test nodig. De aangemelde instantie NMI Certin BV (0122) voert audits uit voor module D volgens richtlijn 2014/31/EU en heeft voor KERN het certificaat CE-240 afgegeven.

¹⁾ Ce marquage CE indique l'évaluation de la conformité par le KERN ; l'aptitude pour les domaines d'application selon 2014/31/UE, chapitre 1, article 1, point 2 (a à f). Ces balances portent la marque de métrologie "M" suivie de l'année de l'évaluation de conformité de l'instrument par l'UE. Un certificat d'examen de type de l'UE selon la directive 2014/31/UE est disponible pour le saldo. La zone gravitationnelle spécifiée détermine le lieu d'utilisation. Un changement du lieu d'utilisation au-delà des limites de la zone d'utilisation spécifiée nécessitera un nouveau test. L'organisme notifié NMI Certin BV (0122) effectue des audits pour le module D conformément à la directive 2014/31/UE et a délivré le certificat CE-240 pour KERN.

g = ...

Ort oder Zone: ...

Plaats of zone:

Emplacement ou zone:

Datum | Datum | Date: 03.03.2021

Ort der Ausstellung: 72336 Balingen,

Plaats van afgifte: Germany

Lieu de délivrance:

John Doe
KERN & Sohn GmbH



Albert Sauter
KERN & Sohn GmbH

Signatur: Prüfvollmächtigter
Handtekening: Gevolmachtigde
Signature: Représentant agréé

Geschäftsführer
Uitvoerend directeur
Directeur Exécutif